

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gomelzip.nt-rt.ru/> || gzm@nt-rt.ru

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Электроды сравнения лабораторные ЭВЛ-1М4

Назначение средства измерений

Электроды сравнения лабораторные ЭВЛ-1М4 предназначены для создания опорного потенциала при потенциометрических измерениях.

Описание средства измерений

Потенциал электрода создается за счет погружения серебряной проволоки в полость, заполненную насыщенным раствором хлористого калия и хлористого серебра. Корпус электродов изготовлен из калиброванной стеклянной трубки. Связь контактного полуэлемента с насыщенным раствором хлористого калия, заполняющим корпус электрода, осуществляется по шнуру, обеспечивающему подъем раствора в полость полуэлемента. Электрическая связь с испытуемым раствором осуществляется с помощью электролитического ключа, представляющего собой капилляр с втянутыми кварцевыми нитями. Для заполнения корпуса электрода насыщенным раствором хлористого калия служит специальное отверстие в корпусе. Электрод оканчивается специальным разъемом.



Знак поверки (оттиск поверительного клейма) наносится на паспорт электрода.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон температур анализируемой среды - от 0 до 100 °С

Потенциал электрода относительно нормального водородного электрода при температуре 20 °С составляет (201 ± 3) мВ

Нестабильность потенциала электрода за 8 ч работы не превышает $\pm 0,5$ мВ

Влияние диффузионного потенциала между растворами хлористого калия и соляной кислоты или гидрата окиси натрия с концентрацией 0,2 моль/дм³ на электродный потенциал находится в пределах ± 1 мВ

Температурный коэффициент потенциала электрода в интервале температур окружающей среды от 5 °С до 60 °С не превышает минус 0,25 мВ/°С

Количество раствора электролита, протекающего через электролитический ключ электрода в течение 24 ч при температуре (20 ± 5) °С - от $0,3 \cdot 10^{-3}$ до $3,5 \cdot 10^{-3}$ дм³

Электрическое сопротивление электродов при наименьшей температуре анализируемой среды (0 °С) – не более $2,0 \cdot 10^4$ Ом; при 20 °С – $1,5 \cdot 10^4$ Ом

Вероятность безотказной работы электродов за 1000 ч - не менее 0,9

Габаритные размеры, мм, не более

диаметр	- 13
диаметр погружной части	- 8,5
длина	- 130

Масса, электрода, г, не более 15.

Электрод в упаковке для транспортирования без заполнения насыщенным раствором хлористого калия можно транспортировать при температуре не ниже минус 25 °С.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации печатным методом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- электрод – от 1 до 10 шт. в зависимости от заказа;
- паспорт – 1экз.

Поверка

осуществляется по документу МРБ МП. 1444-2005 «Электрод сравнения лабораторный ЭВЛ-1М4. Методика поверки».

При поверке применяют:

- иономер типа И-160, ТУ РБ 14694395.003-97, входное сопротивление не менее 10^{12} Ом, диапазон измерений от минус 3000 до 2000 мВ;
- электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда ЭСО-01, ГОСТ 17792-72;
- прибор комбинированный Ц4317 ТУ 25-04-3300-77, пределы измерений от 200 Ом до 3 МОм, погрешность $\pm 2,5$ %.

Сведения о методиках измерений

Методика измерений описана в руководстве по эксплуатации 5М2.840.129 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к электродам сравнения лабораторным ЭВЛ-1М4:

1. Технические условия ТУ РБ 400002024.016-2004
2. МРБ МП. 1444-2005 «Электрод сравнения лабораторный ЭВЛ-1М4. Методика поверки».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Электроды сравнения лабораторные ЭВЛ-1М4 могут быть использованы в областях охраны окружающей среды и здравоохранения.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gomelzip.nt-rt.ru/> || gzm@nt-rt.ru